



Πρόγραμμα: 7ος ΚΥΚΛΟΣ - ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΟΣ - ΝΟΕ 2014

Από: 2014-11-21 έως 2014-12-05


Παράμετρος	Αριθμός Αποτελεσμάτων	Αποτέλεσμα Εργαστηρίου	Τιμή-Στόχος	Z-score
Αγωγιμότητα COND	14	702.00	740.50	-0.57
Αμμώνιο NH ₄ ⁺	14	0.30	0.08	2.94
Αρσενικό As	4	N/A	0.00	N/A
Ασβέστιο Ca	10	104.00	90.00	0.78
Θειικά SO ₄ ²⁻	10	140.00	192.75	-3.80
Θολρότητα TUR	11	0.60	0.63	-0.08
Μαγγάνιο Mn	9	4.00	3.00	0.67
Μαγνήσιο Mg	9	10.70	18.50	-0.53
Νιτρικά NO ₃ ⁻	14	25.00	25.10	-0.10
Νιτρώδη NO ₂ ⁻	14	0.03	0.03	0.03
Ολικά διαλυμένα στερεά TDS	6	725.00	533.50	1.50
Ολική σκληρότητα TH	14	304.00	304.00	0.00
Φωσφόρος P2O ₅	8	47.00	88.70	-0.82
Σίδηρος Fe	10	N/A	11.00	N/A
Χλωριούχα Cl ⁻	14	26.00	24.55	0.35
Χρόμιο Cr	10	19.00	21.00	-0.27
pH	14	6.84	6.54	2.06




5. Z-Scores - αποτελέσματα όλων των εργαστηρίων

A/A Εργασ.	Αποτέλεσμα	Z-Score
1	799.00	0.87
2	687.00	-0.80
3	700.00	-0.60
4	780.00	0.59
5	731.00	-0.14
6	794.00	0.80
7	750.00	0.14
8 - Your Lab	702.00	-0.57
9	704.00	-0.54
10	791.00	0.75
11	806.00	0.97
12	798.00	0.85
13	641.00	-1.48
14	704.50	-0.54

6. Z-scores όλων των εργαστηρίων στον παρόν κύκλο ελέγχου - Bar Chart



7. Z-scores όλων των εργαστηρίων στον παρόν κύκλο ελέγχου - Bubble Chart



Legend:

- Αν $abs(z\text{-score}) \leq 0,25$ τότε η επίδοση είναι εξαιρετική
- Αν $0,25 < abs(z\text{-score}) \leq 0,68$ τότε η επίδοση είναι καλή
- Αν $0,68 < abs(z\text{-score}) \leq 2,0$ τότε η επίδοση είναι ικανοποιητική
- Αν $2,0 < abs(z\text{-score}) \leq 3,0$ τότε η επίδοση είναι ελεγχόμενη
- Αν $abs(z\text{-score}) > 3$ τότε η επίδοση είναι μη ικανοποιητική