


Z-Scores - αποτελέσματα όλων των εργαστηρίων

Δείγμα 1		
A/A Έργασ.	Αποτέλεσμα	Z-Score
1 - Your Lab	3.99	-1.00
2	4.01	-0.88
3	4.21	0.38
4	4.23	0.50
5	3.85	-1.88
6	4.29	0.88
7	4.01	-0.88
8	4.01	-0.88
9	5.20	>5
10	4.22	0.44
11	4.21	0.38
12	3.67	-3.01
13	4.21	0.38
14	5.11	>5
15	3.98	-1.07
16	4.10	-0.31
17	4.20	0.31
18	4.20	0.31
19	3.48	-4.20
20	4.20	0.31


Δείγμα 2		
A/A Έργασ.	Αποτέλεσμα	Z-Score
1 - Your Lab	3.02	-1.00
2	4.81	Rejected
3	2.98	-1.51
4	3.10	0.00
5	3.29	2.34
6	3.01	-1.13
7	2.95	-1.88
8	3.00	-1.25
9	3.60	>5
10	3.12	0.25
11	3.15	0.63
12	3.12	0.25
13	3.11	0.13
14	2.96	-1.76
15	3.12	0.25
16	3.10	0.00
17	3.10	0.00
18	3.10	0.00
19	3.70	>5
20	3.20	1.25

Legend:


- Αν $abs(z\text{-score}) \leq 0,25$ τότε η επίδοση είναι εξαιρετική
- Αν $0,25 < abs(z\text{-score}) \leq 0,68$ τότε η επίδοση είναι καλή
- Αν $0,68 < abs(z\text{-score}) \leq 2,0$ τότε η επίδοση είναι ικανοποιητική
- Αν $2,0 < abs(z\text{-score}) \leq 3,0$ τότε η επίδοση είναι ελεγχόμενη
- Αν $abs(z\text{-score}) > 3$ τότε η επίδοση είναι μη ικανοποιητική

Z-scores όλων των εργαστηρίων στον παρόν κύκλο ελέγχου - Bar Chart

Δείγμα 1




Δείγμα 2



Z-scores όλων των εργαστηρίων στον παρόν κύκλο ελέγχου - Bubble Chart

Δείγμα 1



Δείγμα 2

